イージーイリゲーションタワー

取扱説明書

2014 年 1 月 27 日改訂

村中医療器株式会社

はじめに

この度は、イージーイリゲーションタワーをご購入いただき、誠にありがとうございます。本取扱説明書は、イージーイリゲーションタワーの正しい取扱方法について説明しています。

イージーイリゲーションタワーを正しくご活用いただくために、ご使用の前に必ず本書をお読みください。

※お読みになった後は、お使いになるときにいつでも見られるよう、大切に保管してください。

目次

1. 安全上の警告・注意----------1
2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造----------2
3. 組立・設置方法----------3
4. 一般的な使用方法とその注意事項----------4
5. 清掃、保管方法に関する事項----------4
6. 仕様----------4
7. 連絡先----------4
8. 保証----------5

1. 安全上の警告・注意

使用する前に、この「安全上の警告・注意」を、よく読んで、正しくお使いください。

※ ここに示した注意事項は、製品を安全かつ適正に使用して、使用者等への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※ 危害や損害の大きさと切迫の程度を明確にするため、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の二つに区分して示しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告：絶対にしてはいけない「警告」事項です。

この警告事項を無視して使用した場合、極めて重大な有害事象や機器の不具合につながる可能性があります。

1. フック１本の耐荷重は最大 10kg です。転倒するおそれがありますので、それ以上の無理な力がかからないようにしてください。

⚠ 注意：ご使用の際、「注意」していただく事項です。

この表示の注意事項を無視して使用した場合、ケガや機器の損傷などの事故につながる可能性があります。

1. 使用目的以外に使用しないでください。
2. 本品の各部に破損又は変形等の異常がみられたときは使用しないでください。
3. 本品のベースにはストッパー機能がありません。転倒のおそれがありますので足をかけないでください。
4. 最高位の目盛（259.1cm）より高い位置で使用しないでください。
5. 平らな場所以外で使用しないでください。

2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造

本品はリフトアシスト機能により高さを容易に調節し、大容量の灌流液容器を任意の高さに保持することができます。大容量の灌流が必要な手技に特に有効です。

- 高さの調節から固定までをワンタッチで行うことができます。
- 本体目盛（センチメートル／インチ表示）で、高さが容易に確認できます。
- 最大 40 リットル（フック 1 本に最大 10 リットル）まで取り付けることが可能です。

構成品	数量
①本体	1
②ポール	1
③ボルト	1
④ワッシャー（小）	1
⑤ワッシャー（中）	1
⑥ワッシャー（大）	1
⑦六角レンチ	1
⑧ロックピン	2
⑨ロックタイト	1
⑩ベース（キャスター付）	1

3. 組立・設置方法

1) 本体溝の赤印●がある面を上にして置き、ポール端の赤印●がある側を上向きにして、本体の中央に差し込みます。



> ⚠注意
> 1. 本体、ポールの穴及び赤印が一直線になるように差し込んでください。
> 2. 一連の作業は本体を平坦な台上に置いて行うことをお奨めします。

2) ポール端にワッシャー（大）を取り付けてください。

3) 本体溝の赤印●がある面と、その反対面にそれぞれ 2 箇所のロックピン挿入孔がありますので、そこにポールのロックピン挿入孔（2 箇所）を合わせ、ロックピンを貫通させます。カチッと音がするまで差し込むとストッパーが掛かり、ロックピンが固定されます。

4) ベースを右写真のように本体に取り付けます。

5) ボルトにワッシャー（小）、ワッシャー(中）の順に通した状態で、ボルトの中ほどにロックタイトをごく少量均等に塗布します。
（ロックタイトは塗布しすぎないでください。ボルトの進行を阻害することがあります）。

6) ボルトをベース下部からポール中央の穴に挿入します。

7) 六角レンチでボルトをしっかり締め付けて、本体とベースを固定します。

> ⚠注意
> 1. 本体とベースの間がガタつかないことを確認してください。
> 2. ロックタイトによりボルトが接着されますので、解体、再組立はできません。

4. 一般的な使用方法とその注意事項



グリップを握ってノブを上下させ、使用目的に合わせて高さを調節してください。
グリップを離すとロック機能が働きます。「カチッ」というロック音を確認してください。

> ⚠注意
> 1. ご使用前に、ベースががたつかないこと、本品に破損・変形等がないことをご確認ください。
> 2. 最高位の目盛（259.1cm）より高い位置で使用しないでください。

> ⚠注意
> イリゲーションセット等と併用する場合、フックの高低差によりチューブのねじれや、折れ曲がりによるチューブの閉塞が生じ、灌流液が流れにくくなる可能性がありますので、ご使用の際はチューブにねじれ、折れ曲がりがないことを必ず確認してご使用ください。

5. 清掃、保管方法に関する事項

1） 清掃は、アルコールを湿らせた柔らかい布で清拭してください。
2） 平らな場所に保管してください。

6. 仕様

フック昇降範囲：167～259cm
調節単位：約 2.5cm 又は、1 インチ
重量：約 22kg
最大取付量：灌流液 40L（フック 1 本に最大 10L）

7. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp

8. 保証

保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
2. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
   (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   (ロ)お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
   (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
   (ニ)本書の提示がない場合。
   (ホ)本書にお買い上げ日、お客様名、お買い上げ店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
   (ヘ)消耗部品。
   (ト)故障の原因が本品以外に起因する場合。
   (チ)その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、*イージーイリゲーションタワー*をお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります　This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名:*イージーイリゲーションタワー* 製造番号： ご芳名	お買い上げ店名 印
ご住所 TEL.　　(　　)	住所 TEL.　　(　　) お買い上げ日　　年　　月　　日

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号　　TEL　0725-53-5546